取扱説明書

枕(ワールプール、ハイドロバブラー専用) WP-510

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。

用途

枕は、渦流浴装置ワールプール：WP-500、気泡浴装置ハイドロバブラー：BB-500の専用オプションです。全身治療の際に頭部を支える為に使用します。

特長

患者の頭部の位置に合わせて、枕の高さを調節することができます。

● 安全上のご注意

⚠注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。表示の意味は次のようになっています。

⚠注意 ・・・ 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

■ **本製品を用途以外の目的には使用しない**
けがをすることがあります。

■ **使用前に破損箇所などがないか点検する**
けがをする恐れがあります。

■ **異常発見したまま使用しない**
本体がこわれてけがをすることがあります。

■ **枕を差し込んだら必ずつまみねじで固定する**
不十分な状態でのご使用は、思わぬ事故やけがの原因となりますのでご注意ください。

■ **枕を洗浄する際は、たわし等でこすらない**
きずがつく恐れがあります。また洗剤を使用される場合は、中性洗剤をご使用ください。

● 仕様

外形寸法(L×W×H)		210×350×310～410 ㎜
質量		約 2 kg
材質	枕	プラスチック
	マット	合成ゴム
	ブラケット	ステンレス

損耗品（使用により、磨耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）
正常な使用において、交換の目安が**約２年**のもの。 マット(マットピン付)

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

● 使用方法

■ 取付

1 座面マットの切り欠き部分を取りはずします。取りはずしたマットは、枕裏側の面ファスナーでとめておきます。

2 枕受けの穴に合わせて枕を差し込みます。

3 つまみねじを右図の位置にとめて枕を固定します。
枕を浴槽からはずしているときは、邪魔にならないようつまみねじを高さ調節用ノブの下のねじ穴に取り付けてください



■ 高さ調節

高さ調節用ノブを緩め、お好みの高さに調節してください。



● お手入れの仕方

- 枕についた水滴をそのままにしておくと水垢が残り、汚くなります。乾いた布で水滴をきれいに拭き取ってください。
- マットは着脱式になっていて、簡単に取りはずして洗浄や乾燥作業を行うことができます。

取りはずし…

マットの端を軽く持ち上げ、付属のスナップボタン外しをマットの下に差し込むとマットピンが外れます。



取り付け…

マット止めの穴にピンを差し込んで押してください。

酒井医療株式会社

本社　東京都新宿区山吹町 358-6　〒162-0801
http://www.sakaimed.co.jp

お問い合わせ（午前 9:00～午後 5:00）

- 修理に関するお問合せ：
  健康被害などが発生した場合：
  ・サポートセンター　フリーダイヤル 0120-161-288
  ・または、平日のみ最寄りの営業所へ
- 商品に関するお問合せ：
  最寄りの営業所

04-034②Q6